



Clavivit 380

Orpedo

Orthopedics Company KG
Lietzenburger Str. 75
D-10719 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00
Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

Web: www.orpedo.com
Mail : info@orpedo.com



Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Stand: 05/2015

Produktbeschreibung

Clavivit 380 zur Ruhigstellung des Schultereckgelenks (Acromioclaviculargelenk), Reponierung der Schulter bzw. Schlüsselbeins. Der Zug zur Zurückführung der Schulter ist individuell einstellbar. Bei Verletzungen im Acromioclaviculargelenk bzw. bei Claviculafrakturen (Schlüsselbeinbrüchen), bewirkt der Zug der Armschlaufen eine Reposition des Schlüsselbeins. Es wird eine hervorragende Ruhigstellung des Schultergürtels erreicht. Durch die individuell verschiebbaren Schulterachselpolster, den Zug zur anderen Seite und dem breiten Brustgurt zur Druckverteilung wird eine optimale Lastverteilung erzielt. Die optimale Lagerung des Schultergürtels, durch die Claviculavitbandage von Orpedo, bietet ein breites Einsatzgebiet für die nachfolgenden Indikationen.

Indikation

- Verletzung der Rotatorenmanschette, Insuffizienz des Kapsel-/ Bänderapparates nach Trauma,
- Immobilisierung des Acromioclaviculargelenks nach Trauma,
- zur postoperativen oder konservativen Versorgung von Claviculafrakturen,
- zur posttraumatischen oder postoperativen Ruhigstellung,
- Haltungsschäden,
- Distorsion / Luxation
- traumatischen Verletzungen (Läsionen),
- degenerative Veränderungen

Kontraindikation / Anwendungsrisiken

Bisher nicht bekannt.

Gebrauchsanweisung

Die Bandage besteht aus zwei Teilen. Jeweils mit Armschlaufe, verschiebbarem Schulterachselpolster und breitem Brustgurt. Im Übergangsbereich zwischen Armschlaufe und Brustgurt sind Kunststoffverstärkungen zur Lastverteilung eingearbeitet. Die Arme werden durch die Armschlaufen der Bandage geführt (Naht innen, Kunststoffverstärkung außen). Die Brustgurte werden vor dem Bauch geschlossen (Orpedoaufkleber außen). Die meisten Bekleidungsstoffe reagieren auf harte Klettverschlüsse empfindlich. Aus diesem Grunde empfehlen wir, die Kletten nicht mit Bekleidungsstücken in Berührung kommen zu lassen, da diese sonst Fäden ziehen können.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien, anhaltenden Schmerzen und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Clavivit 380 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen.

Pflegeanleitung (30°)

Die Bandage vorsichtig in milder Seifenlauge reinigen. Keine Weichspüler verwenden, da diese die Kompressionseigenschaften beeinflussen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen o.ä. vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

weiß

INSTRUCTION FOR USE

Status: 05/2015

Product description

Clavivit 380 for the immobilization of the acromioclavicular articulation, reduction of the shoulder resp. clavicle. The pull piece to reduce the shoulder is individually adjustable. In case of injuries in the acromioclavicular articulation resp. in case of fracture of the clavicle, the pull piece of the arm loops causes a repositioning of the clavicle. An excellent immobilization of the shoulder girdle is achieved. By means of the shoulder axilla pads individually movable, the pull piece in direction of the opposite side and the wide breast belt to distribute the pressure, an optimal burden distribution is achieved. The optimal position of the shoulder girdle with the help of the Clavivit bandage of Orpedo offers a wide spectrum of utilization in case of the following indications.

Indications

- Injury of the musculotendinous cuff, insufficiency of capsule/ligament apparatus after trauma
- Immobilization of acromioclavicular articulation after trauma
- for postoperative or conservative care of fractures of the clavicle
- for post-traumatic or postoperative immobilization
- postural defects
- distortion, luxation
- traumatic lesions
- degenerative alterations

Contraindication

Unknown.

Instructions

The bandage consists of two parts. Each with arm loop, movable shoulder axilla pads and wide breast belt. In the connecting area between arm loop and breast belt strengthening plastic parts are incorporated. Lead the arms through the arm loops of bandage (seam on the inside, plastic strengthening on the outside). Close the breast belts over the stomach (Orpedo sticker on the outside). Most of the clothing material react sensitively to Velcro fasteners. That is why we recommend to avoid any contact between the Velcro fasteners and clothings because this might cause threads at the closings.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the support. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once.

Washing instruction (30°)

The support may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

white